

Глава II. Раздел 18. Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике

Наименование продукции	Перечень показателей	Нормативные требования		
		РБ	ТС	ЕС
	ацетальдегид	-	-	-
	акрилонитрил	0,020	0,020	0,020
	алюминий	0,500	0,500	0,500
	бензол	-	-	-
	бор	0,500	0,500	0,500
	водород хлористый	-	-	-
	винил хлористый	0,010	0,010	0,010
	винилацетат	-	-	-
	гексаметилендиамин	0,010	0,010	0,010
	гексан	0,100	0,100	0,100
	гептан	0,100	0,100	0,100
	дибутилфталат	0,250	0,250	не допускается
	диметилтерефталат	-	-	не допускается
	диоктилфталат	2,000	2,000	не допускается
	железо	0,300	0,300	не допускается
	изопропиловый спирт	0,100	0,100	0,100
	кадмий	0,001	0,001	не допускается
	капролактам	0,500	0,500	0,500
	каптакс	0,050	0,050	0,050
	альтакс	0,15	0,15	не допускается
	кобальт	0,100	0,100	не допускается
	марганец	0,100	0,100	не допускается
	медь	1,000	1,000	1,000

метилакрилат	-	-	-
метилметакрилат	0,250	0,250	0,250
метиловый спирт	0,200	0,200	0,200
мышьяк	0,001	0,001	не допускается
никель	0,100	0,100	не допускается
свинец	0,030	0,030	не допускается
стирол	0,010	0,010	0,010
титан	0,100	0,100	0,100
тиурам	0,500	0,500	не допускается
толуол	-	-	-
фенол	0,050	0,050	0,050
формальдегид	0,100	0,100	не допускается
фтор-ион (суммарно)	0,500	0,500	0,500
хром (суммарно)	0,100	0,100	не допускается
цинк (ионы)	1,000	1,000	не допускается
эпихлоргидрин	0,100	0,100	0,100
этиленгликоль	-	-	-
ацетон	0,100	0,100	не допускается
хлор	не допускается	не допускается	не допускается
цимат	0,030	0,030	0,030
этилцимат	0,010	0,010	0,010
пропиловый спирт	-	0,100	Не допускается для имплантов
Бутилокрилат	-	0,01	не допускается
Диметилформамид		10,0	Не допускается для имплантов
Циклогексанон	-	2,5	Не допускается для имплантов
Тетрагидрофуран	-	20,0	Не допускается для имплантов

	Метиленхлорид	-	0,02	Не допускается для имплантов
	Хлорбензол	-	0,02	Не допускается для имплантов
	Бутиловый спирт		0,500	Не допускается для имплантов
	бензальдегид		0,003	0,003
	олово	-	1,0	Не допускается для имплантов
	дифенилопропан	-	0,001	Не допускается для имплантов
	ртуть	-	0,0005	Не допускается для имплантов

Примечание: - не определяется